

नेपाल नेत्रज्योति संघ
आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम राप्ती तथा बहादुरगञ्ज
राप्ती आँखा अस्पताल रक्षाचौर दाङ

क्याटलग विधिबाट खरिद गर्ने वारेको सूचना
दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७ /०२/१८

यस राप्ती आँखा अस्पताललाई देहाय बमोजिमको उपकरण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा १ (क) को खण्ड ८ बमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ ख बमोजिम यस्तो उपकरण उत्पादक वा सोको आधिकारीक विक्रेताहरु विचमा मात्र निर्धारित दरमा प्रतिस्पर्धा गराई (क्याटलग सपिड) विधिबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (ख) को उपनियम २ अनुसार देहाय बमोजिमको स्पेसिफिकेशन गुणस्तर, मूल्य सुविधा सहितको विवरण (क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न राखी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० (दश) दिन अर्थात मिति २०७७ जेष्ठ २७ गते सांभ ४ बजे भित्र तपशिल बमोजिमको कागजात सहित नेपाल नेत्रज्योति संघ, केन्द्रिय कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौंको प्रशासन शाखामा निवेदन दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धीत उत्पादक वा आधिकारीक विक्रेताको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उपकरणको Specification तथा BOQ फाराम (छाप लागेको) अस्पतालको Web-Site (raptieyehospital.org) बाट Download गरी समावेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ । साथै माग गरिएका उपकरणहरु बोलपत्र खोलेको एक हप्ता भित्र उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र निवेदन साथ समावेस गरेको हुनुपर्ने छ । रीत नपुगी दर्ता हुन आएका र माग गरे बमोजिमको कागजातहरु समावेस नभएका निवेदनहरु खरिद प्रकृत्यामा समावेस गरिने छैन ।

S.N	Description	Quantity	General specification
1	Phacoemulsification machine	1	A complete phacoemulsification with piezoelectric transducer of frequency 40 KHZ or better having pulse at least 1 to 100 pulses per second. Also Diathermy system having frequency 515 KHZ or better with output atleast 0.52 to 10 W.

संलग्न हुनुपर्ने कागजातहरु :

१. फर्म/कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
२. व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
३. प्यान /भ्याट दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
४. आर्थिक वर्ष २०७५ / ७६ को करचुक्ताको प्रमाण पत्र ।
५. आधिकारीक विक्रेताको हकमा आधिकारीकताको प्रमाण पत्र ।
६. यो खरिद प्रकृत्या स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने तथा रद्द गर्ने सम्पुण अधिकार यस अस्पतालको खरिद तथा गुणस्तर निर्धारण समितिमा निहित हुने छ ।

थपजानकारीको लागि
नेपाल नेत्रज्योति संघ, राप्ती आँखा अस्पताल रक्षाचौर दाङ
सम्पर्क नं. ०८२-५२०३२२

Technical Specification of Phaco Emulsification

S.N.	Specifications	Bidder's Offer	remarks
	Manufacturer:		
	Country of Origin:		
	Made In:		
	Model No:		
	Brand		
1	Application : Cataract surgery		
2	Multifunctional Footpedal:		
3	Light weight Handpiece		
4	Intuitive Grapic User Interface		
6	Multilingual Display System		
7	Stand with Motorized Pole with Instrument Tray		
8	Generation: not accepted earliear to 3 rd		
9	Vacuum		
i.	Pump type ; Peristaltic pump		
ii.	Vacuum setting : At least 0 to 650 mm Hg or better		
iii.	Flow rate : 0 to 60mL /Min		
10	Ultrasound		
i.	Transducer : piezoelectric or equivalent		
ii.	Frequency : 40khz or better		
iii.	Pulse mode : atleast 1 to 100 pluses/s		
11	Diathermy		
i.	Frequency : 515khz or better		
ii.	Output : At least 0.5 to 10 w (5 to 100%)		
12	Vitreous cutter		
i.	Cutting system : Pneumatic driven guillotine system or better		
ii.	Cutting rate : At least 1000 cuts/ min (with built-in air compressor)		
13	Power supply : AC 100 to 230V, 50 hz		
14	Power consumption : not more than 240VA		

Price Schedule for Goods

Name of Bidder _____ Contract Identification Number _____

Item	Description	Country of Origin	Quantity	Unit Price ¹ EXW (in NRs)		Total Price (in NRs) (cols. 4x5)
				In Figure	In Words	
1	2	3	4	5		4x5=6
Total						
VAT						
Grand Total						

Note: Unit price shall include all custom duties and taxes, transportation cost to the final destination and insurance cost.

[If there are more than one lot/slice/package, prepare Price Schedule form for each lot/slice/package]

Name _____

In the capacity of _____

Signed _____

Duly authorized to sign the Sealed Quotation for and on behalf of _____

Date: _____

¹ The price shall include all customs duties and sales and other taxes already paid or payable on the components and raw material used in the manufacture or assembly of the item or the customs duties and sales and other taxes paid on the previously imported item offered ex warehouse, ex showroom, or off-the-shelf. These factors should not be entered separately.